



Kjærulf
Pedersen a/s

PR electroics A/S
Lerbakkevej 10
8410 Rønde

Att.: Peter Friis

Taastrup, den 17. Juni 2009
KKP/bh

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi bekræfter hermed, at produktet

KP-varenr.:	KP5751011KLA-TBT
PR-varenr.:	7430A
Modstandsføler type:	RT type RC1, 1xPt100, 4-leder W.Nr. 1.4571 Ø4x50 mm, 5 m TT 4x0,24 mm ² , max. 220°C
Fremstillet af:	Kjærulf Pedersen a/s Taastrupgårdsvej 8-10 2630 Taastrup
Opfylder følgende standard:	DIN kl.A EN 60751
Er produceret i henhold til:	DIN IEC 751 DIN 43763

Med venlig hilsen
Kjærulf Pedersen a/s


Kasper Kjærulf Pedersen

